



# Wartungsplan für B-DETECTION PLUS (Varianten s, i, m)



| Typ |   |   | Im WS: | Wartungs- und Prüfarbeiten nach Kalender:  | 1                                  | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
|-----|---|---|--------|--|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| s   | i | m |        |  | Jährlich                           | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre |
| x   | x |   |        | Befeuchtungsschlauch N42066 tauschen (wenn vorhanden)                              |                                    |       |       |       | x     |       |       |       |       | x     |
| x   | x | x |        | Filterelement N42113 (AC) und Partikelfilter N42114 tauschen                       | x                                  | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| x   | x | x |        | Funktionsprüfung   | <b>Alle 3 Monate / Nach Bedarf</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | x |   |        | Membran 178876 tauschen (wenn vorhanden)   |                                    |       |       |       | x     |       |       |       |       | x     |
| x   | x |   | a1     | Rückschlagventil N1463 auf Dichtheit prüfen ggf. Wartungssatz N6488 einbauen       |                                    | x     |       | x     |       | x     |       | x     |       | x     |
| x   | x | x | AT*    | Sensoren auf korrekte Funktion prüfen; ggf. kalibrieren (Wechsel wenn notwendig)** | <b>Alle 3 Monate / Nach Bedarf</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| x   | x | x |        | Sicherheitsventil N41668 prüfen ggf. tauschen                                      | x                                  | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| x   | x | x |        | Sicht- und Dichtigkeitsprüfung   | <b>Monatlich</b>                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| x   | x |   | a1     | Spülventil Wartungskit N41885-a1 einbauen (wenn vorhanden)                         |                                    | x     |       | x     |       | x     |       | x     |       | x     |
| x   | x |   |        | Spülventil Schalldämpfer N1139 reinigen (wenn vorhanden)                           | x                                  | x     | x     | x     |       | x     | x     | x     | x     |       |
| x   | x |   |        | Spülventil Schalldämpfer N1139 tauschen (wenn vorhanden)                           |                                    |       |       |       | x     |       |       |       |       | x     |
| x   | x | x |        | Systemkontrolle nach Wartung   | x                                  | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| x   | x | x | AT     | Taupunktsensor N41345 werkskalibrieren (wenn vorhanden)                            |                                    | x     |       | x     |       | x     |       | x     |       | x     |
|     |   | x |        | Trocknerkapsel 182749 (MS) tauschen (wenn vorhanden)                               | <b>Alle 3 Monate / Nach Bedarf</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| x   | x | x | a1     | Wartungssatz 166085-a1 für Gasentnahmeeinheit einbauen (wenn vorhanden)            |                                    | x     |       | x     |       | x     |       | x     |       | x     |

|  | Bestellnummer |
|--|---------------|
| <b>Werkzeuge / Hilfsmittel</b>   |               |
| High Kalibriergas CO, CO <sub>2</sub> und O <sub>2</sub> : Inhalt 12Liter / 12bar @1 Liter Flasche                       | N42330        |
| Low Kalibriergas (Nullgas) CO, CO <sub>2</sub> und VOC: Inhalt 12Liter / 12bar @1 Liter Flasche                          | N42328        |
| Low Kalibriergas (Nullgas) O <sub>2</sub> : Inhalt 12Liter / 12bar @1 Liter Flasche                                      | N40706        |
| Prüf- / Testgas CO, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> bzw. High Kalibriergas VOC: Inhalt 12Liter / 12bar @1 Liter Flasche | N42332        |
| Druckminderer + PUR-Schlauch 12Liter Anschluss   | N42334        |

|  | Bestellnummer |
|--|---------------|
| <b>Werkzeuge / Hilfsmittel</b>   |               |
| <b>AT</b> High Kalibriergas CO, CO <sub>2</sub> und O <sub>2</sub> : Inhalt 300Liter / 150bar @2Liter Flasche ***                    | N43678        |
| <b>AT</b> Low Kalibriergas (Nullgas) CO, CO <sub>2</sub> und VOC: Inhalt 300Liter / 150bar @2Liter Flasche ***                       | N43677        |
| <b>AT</b> Low Kalibriergas (Nullgas) O <sub>2</sub> : Inhalt 300Liter / 150bar @2Liter Flasche ***                                   | N43680        |
| <b>AT</b> Prüf- / Testgas CO, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> & High Kalibriergas VOC: Inhalt 300Liter / 150bar @2Liter Flasche *** | N43679        |
| Druckminderer + PUR-Schlauch 300Liter Anschluss  | N43809        |

\* Sensorplatte für CO / O<sub>2</sub> (Ersatzteilnr. 179202) und VOC (N41994) auch als Reparaturteil („-AT“) erhältlich  
 \*\* Einzelbezug der Sensoren N41992 (O<sub>2</sub>), N41983 (CO), N42860 (CO<sub>2</sub>) und N41994 (VOC) möglich.  
 \*\*\* als Reparaturteil („-AT“) erhältlich. Flaschenpfand wird bei der Rücksendung der leeren, unbeschädigten 2L Flasche rückvergütet.